Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Certificat d'Accréditation n° 693-CAL

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux exigences de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 à:

TEMPCO sa
Parc Industriel des Hauts Sarts
Quatrième Avenue 114
4040 Herstal

L'organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités réalisées dans les sites d'activités mentionnés dans la portée d'accréditation 693-CAL qui fait partie intégrante du présent certificat.

La version en vigueur de la portée d'accréditation est disponible via www.belac.be.

Ce certificat reste valable à condition que l'organisme continue de répondre aux conditions d'accréditation.

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : **1**

Période de validité : **2022-02-10 - 2025-02-09**

.be

BELAC BELAC BELAC

BELAC 6-319 R0-2020

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Annexe au certificat d'accréditation
Bijlage bij accreditatie-certificaat
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

693-CAL

EN ISO/IEC 17025:2017

Version / Versie / Version / Fassung	2
Validité / Geldigheidsperiode / Validity / Gültigkeitsdauer	2023-11-24 - 2025-02-09

Maureen Logghe
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Voorzitster van het Accreditatiebureau
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à / The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

TEMPCO sa
Parc Industriel des Hauts Sarts
Quatrième Avenue 114
4040 Herstal

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

TEMPCO sa Herstal	Parc Industriel des Hauts Sarts Quatrième Avenue 114 4040 Herstal

BELAC BELAC BELAC

Grandeur/ Instrument	Etendue de mesure	Incertitude élargie (*)	Remarques	Procedure/méthode d'étalonnage
Manomètres, Indicateurs de pression électroniques, transmetteurs électroniques de pression absolue	500 Pa à 20 Mpa	$1{,}0 \times 10^{-4} \cdot P$ with minimum 10 Pa	Par comparaison avec une référence de pression électronique	DKD-R6.1 V03/2014
Manomètres, Indicateurs de pression électroniques, transmetteurs électroniques de pression relative	-100 kPa à 20 Mpa	$1{,}0 \times 10^{-4} \cdot P$ with minimum 10 Pa	Par comparaison avec une référence de pression électronique	DKD-R6.1 V03/2014
	1 Kpa à 2,0 Mpa	$1{,}6 \times 10^{-4} \cdot P$ with minimum 14 Pa	Par comparaison avec une balance manométrique pneumatique à masses	DKD-R6.1 V03/2014
	100 Kpa à 110 Mpa	$8{,}0 \times 10^{-5} \cdot P$ with minimum 28 Pa	Par comparaison avec une balance manométrique hydraulique à masses	DKD-R6.1 V03/2014
(*) la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire puisse fournir à ses clients, exprimée en tant qu'incertitude élargie avec un niveau de confiance d'environ 95 %.				